

**IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E DO ESTABELECIMENTO**

Estabelecimento:

Município: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço:

Bairro: \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

Veículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_ Classificação: \_\_\_\_\_

**Plantão 24h:** anexar escala com profissionais de saúde (Enfermeiros e Médicos);  
**Eventualidade:** anexar profissional de saúde (Enfermeiro e Médico).

**INSPEÇÃO DO VEÍCULO**

Nº	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO
01	Veículo em bom estado de manutenção, higiene, fácil higienização e desinfecção.		
02	Possui sistema de ventilação forçada para manter temperatura agradável para o paciente.		
03	Possui cinto de segurança suficiente para os pacientes que transporta.		
04	As janelas do compartimento do paciente são de vidros jateados.		
05	O veículo dispõe de recipiente rígido para acondicionar perfurocortantes quando usados.		
06	Dispõe de lixeira com tampa e saco plástico branco para acondicionar material contaminado.		
07	O estabelecimento possui local adequado para lavagem e desinfecção das ambulâncias.		
08	O veículo possui sinalizador ótico e acústico funcionando.		
09	O extintor de incêndio do veículo está na validade.		
10	O veículo possui maca articulada e com rodas.		
11	O veículo possui 02 (dois) suportes para soro?		
12	Cadeira de rodas dobrável		
13	Respirador ciclado a pressão ou volume não eletrônico. No caso de frota é obrigatório que exista pelo menos um respirador a volume disponível; no caso de único, deverá contar com respirador a volume.		
14	Monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível		
15	<u>Maleta de Vias Aéreas</u> contendo: máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos, cateteres de aspiração, adaptadores para cânulas, cateteres nasais, seringa de 200 ml, ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório, sondas para respiração traqueal de vários tamanhos, luvas de procedimentos, máscara para ressuscitador adulto/infantil, lidocaína geléia e spray, laringoscópio adulto e infantil com conjunto de lâminas, estetoscópio, esfigmomanômetro adulto/infantil, cânulas orofaríngeas adulto/infantil, fios guia para intubação, pinça de Magyll, bisturi descartável, cânula para traqueostomia, conjunto de drenagem torácica.		
16	<u>Maleta de Acesso Venoso</u> contendo: tala para fixação de braço, luvas estéreis, algodão com anti-séptico, pacotes de gazes, esparadrapo, material para punção de vários tamanhos, equipos de macro e microgotas, cateteres específicos para dissecação de veias tamanho adulto/infantil, tesoura, pinça de Kocher, lâminas de bisturi, seringas de vários tamanhos, torneiras de três vias, equipo de infusão de três vias, frascos de soro fisiológico, ringer lactato e glicosado.		
17	Caixa completa de pequenas cirurgias.		
18	<u>Maleta de Parto</u> contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do cordão, saco plástico para placenta, cobertor, absorvente higiênico grande, cobertor ou similar para envolver recém-nascido, compressas cirúrgicas e gazes estéreis, braceletes de identificação.		
19	Sondas vesicais.		
20	Coletores de urina com sistema de drenagem tipo fechado.		
21	Protetores para eviscerados ou queimados.		
22	Sondas nasogástricas.		
23	Eletrodos descartáveis.		
24	Equipos para drogas fotossensíveis e para as bombas de infusão.		
25	Circuito de respirador estéril de reserva.		
26	Equipamentos de proteção individual -EPIs - para a equipe de atendimento		
27	Cobertor ou filme metálico para conservação.		
28	Campo cirúrgico fenestrado.		
29	Almotolias com antisséptico.		
30	Conjunto de colares cervicais e prancha longa para imobilização da coluna		
31	Caso transporte neonatal deverá contar com pelo menos uma incubadora de transporte de recém nascido com bateria e ligação de tomada 12v ao veículo. A incubadora deve estar apoiada sobre carro com rodas devidamente fixadas dentro da ambulância e respirador e equipamentos adequados para recém natos		
32	Instalação de rede portátil de oxigênio com válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo 2 horas).		
33	Cilindro de oxigênio portátil com válvula ou sistema de oxigênio medicinal.		

Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Local: \_\_\_\_\_